

апарат вакуумної терапії



ОСОБЛИВОСТІ ПРИЛАДУ

- ручний режим
- один лікувальний канал



ВАКУУМНА ТЕРАПІЯ

- режими роботи: безперервний, імпульсний, імпульсний змінний, синхронізований по струму, пульсуюча з підвищенням нижнього тиску
- два контури, що вмикаються незалежно (проста робота в одноконтурному режимі)
- самоущільнювальні присоски
- регульований вакуум
- контроль параметрів роботи під час процедури
- сигналізація наповнення бака
- спеціальний режим для зливу рідини з бака
- незалежні слоти для застосування електротерапевтичних електродів



ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Параметри терапії негативним тиском

- частота пульсації вакуумної хвилі 6, 12, 20, 40, 60 імп/хв.
- негативний тиск максимум 500 мбар/гПа
- діапазон регулювання вакууму 100 – 500 мбар, крок 40 мбар
- кількість присосок 4

Загальні параметри

- розмір камери 30 x 26 x 12 см
- вага камери 3,5 кг
- блок живлення, споживана потужність 230 В, 50 Гц, 20 Вт, 40 ВА



СТАНДАРТНЕ ОСНАЩЕННЯ

- мережевий кабель 1
- кабелі, що з'єднують електростимулятор з Avaco 2
- вакуумні лінії 4
- присоски 60 мм 4
- целюлозні підкладки 60 мм 4
- спеціальна ручка 2
- запасні запобіжники 2
- інструкція із застосування 1
- протокол після перевірки випробувань безпеки 1
- технічний паспорт 1
- гарантійний талон 1

ДОДАТКОВЕ ОСНАЩЕННЯ

- форсунки 90 мм
- целюлозні прокладки 90 мм
- столик Versa/ VersaX